

OBIECTIV

APARAT DETERMINARE PUNCT DE TOPIRE

SPECIFICATIE TEHNICA

Utilajul, echipamentul tehnologic: **APARAT DETERMINARE PUNCT DE TOPIRE**

NR. CRT.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<u>Aparatul permite masurarea punctului de topire a RDX-ului .</u>		
2	<u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</u> -interval de temperatura : 10 -400C -gradient de temperatura :0,1;0,2;05;1;2;3;5;10;20C/min -manuirea usoara a aparatului - design prietenos -rapiditate si simultaneitate		
3	<u>Conditii de conformitate cu standardele relevante:</u> Echipamentele sa fie fabricate in conformitate cu standardele internationale- ISO 9001; Certificat de conformitate al echipamentului		
4	<u>Conditii de garantie si post garantie:</u> Garantia de buna functionare timp demin 24 de luni de la punerea in functiune. In perioada de garantie, se asigura gratuit interventiile service prin echipa service autorizata si inlocuirea pieselor		

	defecte; Servicii post garantie: - asigurare piese de schimb in perioada post garantie (contra cost pe baza de contract service); Asigurare sevice contra cost pe baza de contract service.		
5	<u>Alte conditii cu caracter tehnic:</u> - consum energie redus, toate echipamentele sa fie de inalta fiabilitate; - siguranta in exploatare; - punerea la dispozitie a cartii tehnice si de exploatare in limba romana		