

OBIECTIV

Balanta analitica

SPECIFICATIE TEHNICA

Utilajul, echipamentul tehnologic: Balanta Analitica, 3 buc.

NR. CRT.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<u>Aparatul este destinat monitorizarii cu precizie ridicata a maselor</u>		
2	<u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</u> <ul style="list-style-type: none">- Afisaj digital- Calibrare interna automata- Functie AUTO-TARA- Interfata pt conectare la imprimanta sau PC- Timp de stabilizare sub 5 sec- Usi laterale glisante- Conditii de ambient : temp 10-30C,umiditate max 80%- Domeniu de cantarire 0- 200g- Precizia de cantarire : 0,1 mg- Reproductibilitate 0,2mg- Forma inalta		
3	<u>Conditii de conformitate cu standardele relevante:</u> Echipamentele sa fie fabricate in conformitate cu standardele internationale- ISO 9001;		

	Certificat de conformitate al echipamentului		
4	<p><u>Conditii de garantie si post garantie:</u> Garantia de buna functionare timp de min 24 de luni de la punerea in functiune. In perioada de garantie, se asigura gratuit interventiile service prin echipa service autorizata si inlocuirea pieselor defecte; Servicii post garantie: - asigurare piese de schimb in perioada post garantie (contra cost pe baza de contract service); Asigurare sevice contra cost pe baza de contract service.</p>		
5	<p><u>Alte conditii cu caracter tehnic:</u> - consum energie redus, toate echipamentele sa fie de inalta fiabilitate; - siguranta in exploatare; - punerea la dispozitie a cartii tehnice si de exploatare in limba romana</p>		