

OBIECTIV

TERMOBALANTA

SPECIFICATIE TEHNICA

Utilajul, echipamentul tehnologic: **TERMOBALANTA**, 2 buc.

NR. CRT.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<u>Echipamentul permite determinarea rapida a umiditatii substantelor</u>		
2	<u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</u> -capacitatea maxima de lucru: 50g -diviziune : 1 mg -uscare cu raze IR -moduri de uscare : standard ,rapid - temperatura de uscare : max 160 C		
3	<u>Conditii de conformitate cu standardele relevante:</u> Echipamentele sa fie fabricate in conformitate cu standardele internationale- ISO 9001; Certificat de conformitate a echipamentului		
4	<u>Conditii de garantie si post garantie:</u> Garantia de buna functionare timp de min 24 de luni de la punerea in functiune. In perioada de garantie, se asigura gratuit interventiile		

	<p>service prin echipa service autorizata si inlocuirea pieselor defecte; Servicii post garantie: - asigurare piese de schimb in perioada post garantie (contra cost pe baza de contract service); Asigurare sevice contra cost pe baza de contract service.</p>		
5	<p><u>Alte conditii cu caracter tehnic:</u> - consum combustibil redus, toate echipamentele sa fie de inalta fiabilitate; - siguranta in exploatare; - punerea la dispozitie a cartii tehnice si de exploatare in limba romana</p>		